

หน่วยงานปอดหัวใจเทียม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดคุณลักษณะขอปลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล

คุณลักษณะเฉพาะขอปลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล

1. เป็นขอปลิ้นหัวใจสำหรับซ่อมปลิ้นหัวใจตำแหน่งไมทรัลขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด
2. ขอปลิ้นลักษณะ RIGID และ OPEN RING
3. แกนในทำด้วย TITANIUM ALLOY หุ้มด้วยยาง SILICONE และ POLYESTER
4. มีขนาดให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
5. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
6. ทดลองใช้งานกับผู้ป่วยแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ

กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

- | | |
|--|--|
|
1. นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมสานต์ | ประธานกรรมการ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม |
|
2. นางสุวรรณา ยโสธรินทร์ | กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
|
3. นางชาลิสา อินเจริญ | กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |