

รายละเอียดคุณลักษณะชุดผ้าปูสำหรับทำหัตถการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดพร้อมอุปกรณ์  
(แนบท้ายประกาศสถาบันโรคทรวงอก ประกาศ ณ วันที่..... )

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด
- 1.2 อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในห่อผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย
  - 2.1.1 Femoral & Radial Drape ขนาดไม่น้อยกว่า 260 x 330 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
  - 2.1.2 Hand Towel ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น
  - 2.1.3 Surgical Gown size XL จำนวน 1 ชุด I จำนวน 2 ชุด
  - 2.1.4 Table Cover ขนาดไม่น้อยกว่า 127 x 228 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
  - 2.1.5 Cover สำหรับฉากเอ็กซ์เรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 95 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
  - 2.1.6 Cover สำหรับหลอดรับภาพเอ็กซ์เรย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น
  - 2.1.7 Sponge Prep ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น
  - 2.1.8 Kidney Dish หรือ Plastic tray (ขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 16 x 6 ซม.) จำนวน 1 ชิ้น
  - 2.1.9 Plastic Cup ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 cc จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น  
หรือ Plastic Cup ขนาด 1,000 cc 1 ชิ้น ขนาด 500 cc 1 ชิ้น
  - 2.1.10 Plastic Cup ขนาดไม่น้อยกว่า 250 cc จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
  - 2.1.11 Plastic Cup ขนาดไม่น้อยกว่า 60 cc จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
  - 2.1.12 Gauze swab ขนาด 10 x 10 ซม. จำนวน 15 ชิ้น
  - 2.1.13 Plastic Sticker จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
  - 2.1.14 Plastic Tray ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 40 x 11 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

..... (นายธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ) ประธาน  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
..... (นายกฤษดา จวนวันเพ็ญ) กรรมการ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
..... (นางอุษา มณีสุธรรม) กรรมการ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ