

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ สีดำ ขนาด 60 ม.ม. พร้อมแผ่นฟิล์มละลายได้บนแนวลวดเย็บ

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 2.25 – 3.00 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 ม.ม. 4.5 ม.ม. และ 5.0 ม.ม.

ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด

- 4). มีแผ่นฟิล์มชนิดละลายได้ บนแนวลวดเย็บ ผลิตจาก Polyglycolic Acid หรือเทียบเท่า
- 5). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีดำ
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวปานิสร่า สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ สีม่วง ขนาด 60 ม.ม. พร้อมแผ่นฟิล์มละลายได้บนแนว
ลวดเย็บ

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.5 – 2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.

ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด

- 4). มีแผ่นฟิล์มชนิดละลายได้ บนแนวลวดเย็บ ผลิตจาก Polyglycolic Acid หรือเทียบเท่า
- 5). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีด้า
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๐/ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๐๐๐๐ ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๐๐๐๐๐๐๐๐

(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีม่วง ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านปารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการแกะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีม่วง
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

d /

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Qua ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชกสภ สว่างแวว

(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีม่วง ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านปารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีม่วง
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๓ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๑๑๓๖ ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๓๓๓ สว่างแวว

(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
 - 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
 - 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.
- ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
 - 5). ตลับบรรจุด้านปารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
 - 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
 - 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
 - 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 - 9). ตลับบรรจุสีแทน
 - 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.

ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด

- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านปารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการแกะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีแทน
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๑ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Dr. N. ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปาณิสรา สว่างแวว

(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 30 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังจะไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.
ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 30 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านปารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีแทน
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

cl ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

WWS ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปภาณิสรา สว่างแวว ✓
(นางสาวปภาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีม่วง ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ตลับบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ตลับสำรอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทั้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ตลับบรรจุสีม่วง
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

al /

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

RJWsr ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชกสิกร ส.ส.ท.บ.ว
(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ดัลับบรรจุขวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีม่วง ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงขวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ดัลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุขวดเย็บมีขวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุขวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงขวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ดัลับบรรจุสีม่วง
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

at ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

BUN ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชานน สอนิน ✓
(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีดำ ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 2.25 – 3.00 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
 - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 ม.ม. 4.5 ม.ม. และ 5.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทั้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ตลับบรรจุสีดำ
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ


คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า อุปกรณ์สำหรับแหวกเนื้อเยื่อและซี่ของเหลว

คุณสมบัติ สำหรับแหวกเนื้อเยื่อและซี่ของเหลวในการผ่าตัดช่องอกหรือช่องท้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ 5 มม. ผลิตจากโลหะปลอดสนิม ส่วนที่เป็นโลหะมีสีดำ เพื่อป้องกันการสะท้อนแสง
2. ก้านอุปกรณ์มีความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.
3. ปลายปากอุปกรณ์ประกอบด้วยผ้าคอตตอนพันรอบก้านอุปกรณ์
4. ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวน 3 ชิ้นต่อหนึ่งช่อง
5. เหมาะสำหรับการซี่ของเหลวหรือเลือดปริมาณน้อย
6. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ พร้อมใช้

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางนปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวปานิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ